

检测报告

报告编号:RGST210628034

完成日期: 2021-08-05

Page 1 of 4

客户/申请商 : 福建集翔医疗科技有限公司
地 址 : 福建省长汀县策武镇汀州大道南路 29 号

委托检验的样品及申请者对样品的说明如下:

样品名称 : 一次性乳胶手套
样品接收日期 : 2021-06-28
样品测试周期 : 2021-06-28 至 2021-07-02

测试要求

结论

- | | |
|---|----|
| (1) 依据客户要求, 参考 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》, 对委托样品的感官要求进行测试。 | 合格 |
| (2) 依据客户要求, 参考 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》, 对委托样品的总迁移量进行测试。 | 合格 |
| (3) 依据客户要求, 参考 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》, 对委托样品的高锰酸钾消耗量进行测试。 | 合格 |
| (4) 依据客户要求, 参考 GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》, 对委托样品的重金属 (以 Pb 计) 进行测试。 | 合格 |

GST 授权签字人:



本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

深圳市通规技术检测有限公司

广东省深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区 C10 栋 2 层和 3-5 层东座

电话: 86-0755-36307999

网址: www.gst-lab.com

邮箱: info@gst-lab.com

检测报告

报告编号:RGST210628034

完成日期: 2021-08-05

Page 2 of 4

样品照片



此图片仅限于随 GST 正本报告使用

样品描述:

序号	测试部件名称
1	淡黄色的手套 (材质: 乳胶)

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

深圳市通规技术检测有限公司

广东省深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区 C10 栋 2 层和 3-5 层东座

电话: 86-0755-36307999

网址: www.gst-lab.com

邮箱: info@gst-lab.com

检测报告

报告编号:RGST210628034

完成日期: 2021-08-05

Page 3 of 4

结果:

(1) 感官要求- GB 4806.11-2016

测试方法: GB 4806.11-2016

测试项目	结果
	1
感官	色泽正常, 无异臭、污物
浸泡液	无着色、浑浊、沉淀、异臭等感官性劣变

(2) 总迁移量- GB 4806.11-2016

测试方法: GB 5009.156-2016&GB 31604.1-2015&GB 31604.8-2016

测试条件: 10%乙醇, 40℃, 2 小时

测试项目	单位	方法检测限	限值	结果
				1
总迁移量	mg/dm ²	3	10	N.D.

(3) 高锰酸钾消耗量- GB 4806.11-2016

测试方法: GB 5009.156-2016&GB 31604.1-2015 & GB 31604.2-2016

测试条件: 水, 60℃, 0.5 小时

测试项目	单位	方法检测限	限值	结果
				1
高锰酸钾消耗量	mg/kg	1.0	10	N.D.

(4) 重金属 (以 Pb 计) - GB 4806.11-2016

测试方法: GB 5009.156-2016&GB 31604.1-2015& GB 31604.9-2016

测试条件: 4% 乙酸, 60℃, 0.5 小时

测试项目	单位	方法检测限	限值	结果
				1
重金属 (以 Pb 计)	mg/kg	1	1	N.D.

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

深圳市通规技术检测有限公司

广东省深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区 C10 栋 2 层和 3-5 层东座

电话: 86-0755-36307999

网址: www.gst-lab.com

邮箱: info@gst-lab.com

检测报告

报告编号:RGST210628034

完成日期: 2021-08-05

Page 4 of 4

备注:

- mg/kg=毫克每千克

-mg/dm² =毫克每平方米

- N.D. =未检出 (小于方法检测限)

报告结束

本报告是公司依据打印在附页中的《测试报告发行须知》的要求发行。除非另作说明, 否则本报告中出示的结果只适用于已测试的样品。除非得到本公司的书面批准, 否则本报告不允许部分复制。

深圳市通规技术检测有限公司

广东省深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区 C10 栋 2 层和 3-5 层东座

电话: 86-0755-36307999

网址: www.gst-lab.com

邮箱: info@gst-lab.com