



检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: WT208020762

产品名称: pvc 一次性手套

委托单位: 福建集翔医疗科技有限公司

单位地址: 福建省长汀县策武镇汀洲大道南路 29 号

生产单位: 福建集翔医疗科技有限公司

生产单位地址: 福建省长汀县策武镇汀洲大道南路 29 号

检测日期: 2020 年 08 月 日-2020 年 09 月 15 日

检测类别: 委托检测

深圳市计量质量检测研究院

批准人: 邓海英

签发日期: 2020.09.15

签名: 邓海英



检测报告

样品名称	pvc 一次性手套	产品型号	JXP01
样品	10 套	收样日期	2020 年 08 月 19 日
检测依据	判定标准: 1. 《GB 4806.7-2016 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》		
检测项目	1. 感官要求 2. 理化指标		
样品描述	样品外观、功能完好		
检测日期	2020 年 08 月 19 日 至 2020 年 09 月 15 日	检测地点	本实验室
检测结论	依据上述检测依据, 对送样品进行检测, 产品的各项要求满足测试要求。产品合格。 (盖章) 批准日期: 2020 年 09 月 15 日		

深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>电子邮件: sz_smq@sina.com

西丽实验基地: 深圳市南山区西丽同发路 4 号 总机: 0755-86928946 邮编: 518055

龙珠实验基地: 深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机: 0755-26941696 邮编: 518055

龙华实验基地: 深圳市龙华区民康路 114 号 总机: 0755-26941696 邮编: 518109

检 验 报 告

检测项目

序号	检验项目	标准要求	测试结果	判定
1	感官要求 (GB 4806.7-2016)	色泽正常, 无异臭、不洁物等	浸出液色泽正常, 无异臭、不洁物等	合格
2	理化指标: 总迁移量 (GB 31604.8)	≤ 10 (mg/dm ²) ^b	5.79mg/dm ²	合格
3	高锰酸钾消耗量 (GB 31604.2)	≤ 10 (mg/kg) 水 (60°C, 2h)	7.63mg/kg	合格
4	重金属 (GB 31604.9)	≤ 1 (mg/kg) 4%乙酸 (体积分数) (60°C, 2h)	0.54mg/kg	合格
5	脱色试验 (GB 31604.7)	阴性	试纸呈阴性	合格

深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>

电子邮件: sz_smq@sina.com

西丽实验基地: 深圳市南山区西丽同发路4号 总机: 0755-86928946 邮编: 518055

龙珠实验基地: 深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机: 0755-26941696 邮编: 518055

龙华实验基地: 深圳市龙华区民康路114号 总机: 0755-26941696 邮编: 518109

产品照片



深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>

电子邮件：sz_smq@sina.com


西丽实验基地：深圳市南山区西丽同发路 4 号 总机：0755-86928946 邮编：518055

龙珠实验基地：深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机：0755-26941696 邮编：518055

龙华实验基地：深圳市龙华区民康路 114 号 总机：0755-26941696 邮编：518109

说 明

- 1、 报告无骑缝章和检验检测专用章无效。
- 2、 报告无签发人签名无效，报告经涂改、增删无效。
- 3、 未经本检测机构书面同意，不得部分复印本检测报告，未经同意不得作为商业广告使用。
- 4、 带*标准或项目不在本实验室 CNAS，CMA 认可范围内，本报告只对送检样品检测结果负责。
- 5、 委托本单位对本检测报告有异议，请在收到报告之日或指定领取报告之日起，7 个工作日内提出申诉，逾期不予受理。
- 6、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。



深圳市计量质量检测研究院

<https://www.smq.com.cn>

电子邮件: sz_smq@sina.com

西丽实验基地：深圳市南山区西丽同发路4号 总机：0755-86928946 邮编：518055

龙珠实验基地：深圳市南山区龙珠大道中段计量质检院大楼 总机：0755-26941696 邮编：518055

龙华实验基地：深圳市龙华区民康路114号 总机：0755-26941696 邮编：518109